

## 生理食塩液「ヒカリ」(100mL)の安定性に関する資料

## 【長期保存試験結果】

販売：ネオクリティケア製薬株式会社

製造販売元：光製薬株式会社

製品名	保存条件		試験項目	保存期間	結果
	温度	湿度			
生理食塩液「ヒカリ」 (100mL)	25℃	60%RH	性状 確認試験 純度試験 pH エンドトキシン 採取容量 不溶性異物 不溶性微粒子 無菌 定量	48 ヶ月	変化なし