

## 注射用水（500mL 広口開栓型）の安定性に関する資料

## 【長期保存試験結果】

販売：ネオクリティケア製薬株式会社

製造販売元：光製薬株式会社

製品名	保存条件		試験項目	保存期間	結果
	温度	湿度			
注射用水（500mL 広口開栓型）	25℃	60%RH	性状 純度試験 導電率 エンドトキシン 不溶性異物 不溶性微粒子 無菌	60 ヶ月	変化なし